

Mise à jour manuelle des enregistreurs WiFi testo Saveris 2

Le présent document s'adresse à toute personne ayant besoin de procéder à une mise à jour manuelle des enregistreurs WiFi testo Saveris 2.



● Mise à jour des enregistreurs WiFi testo Saveris 2

Lorsque Testo développe un nouveau firmware, la mise à jour des appareils est faite automatiquement via le Cloud. Par conséquent, aucune manipulation de l'utilisateur n'est nécessaire ; dans la plupart des cas, l'utilisateur ne remarque même pas que son appareil s'est mis à jour.

Toutefois, il se peut qu'il faille procéder à une mise à jour manuellement (p. ex., si le fichier de mise à jour n'a pas été correctement chargé – code erreur E-75). Dans ce cas, il faut suivre la procédure décrite par ce document.

● Fichiers de mise à jour


Pour toute mise à jour, Testo met à disposition les fichiers de mise à jour nécessaires à l'opération (il suffit de les demander auprès de la Hotline Testo).

Chaque modèle d'enregistreur dispose de son propre fichier de mise à jour :

- 05720001_T1.bin pour le testo Saveris 2-T1
- 05720002_T2.bin pour le testo Saveris 2-T2
- 05720003_T3.bin pour le testo Saveris 2-T3
- 05720004_H1.bin pour le testo Saveris 2-H1
- 05720005_H2.bin pour le testo Saveris 2-H2

***Nota :** Il est primordial de bien utiliser le fichier correspondant au modèle à mettre à jour. Une mauvaise utilisation pourrait endommager l'appareil.*

Au moment de la rédaction du présent document, la version de firmware actualisée est V1.58.




● Procédure de mise à jour

Rappel : Attention, avant de procéder à la mise à jour de l'appareil, s'assurer du choix du bon fichier de firmware selon l'appareil utilisé.

Etapes à suivre :

- Choisir un emplacement sur votre disque dur et y enregistrer le fichier de mise à jour. Si le fichier a été chargé sous un format compressé (*Win Zip* ou *Win Rare* par exemple, veiller à extraire les éléments).
- Retirer les piles de l'enregistreur.
- Appuyer sur le bouton de l'enregistreur testo Saveris 2 en même temps que le connecter au port USB du PC.
Ne relâcher le bouton que lorsque « boot » apparaît à l'écran de l'appareil.
- Une fenêtre Windows doit s'ouvrir.
Cliquer sur « Continuer sans analyser » et ouvrir le dossier.
- Un fichier nommé « READY » doit être présent dans le dossier.
- Copier dans ce dossier le fichier de firmware (avec une extension *.bin*) correspondant au modèle à mettre à jour (p. ex., nommé « 05720004_H1 » pour un testo Saveris 2-H1).
Attendre la fin de la procédure.
- Une fois la copie terminée, l'enregistreur est déconnecté, puis connecté à nouveau.
- Une fenêtre Windows doit s'ouvrir.
Cliquer sur « Continuer sans analyser » et ouvrir le dossier.
- Si la copie a bien fonctionné, un fichier nommé « SUCCESS » doit apparaître dans le dossier.
- Déconnecter l'appareil du port USB.
- Réinsérer les piles dans l'appareil.
- Attendre la connexion WiFi et vérifier que les données sont bien remontées dans le Cloud.



La procédure de mise à jour est terminée. Il est possible de vérifier la version de l'appareil lorsque ce dernier redémarre ou directement sur le Cloud sous le menu « *Configuration / Mises à jour du Firmware* ».

